

Số: 964/TB-BVĐK
V/v mời chào giá trang thiết bị y tế

Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 6 năm 2023

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp

Hiện nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi đang có nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế, để có cơ sở tham khảo giá các trang thiết bị y tế trên thị trường. Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi thông báo đến các đơn vị/nhà cung cấp trang thiết bị y tế có đủ năng lực, kinh nghiệm quan tâm gửi thông tin, tài liệu, Báo giá theo Phụ lục 1 danh mục từng chủng loại đính kèm.

I. Yêu cầu hồ sơ Báo giá gồm các tài liệu sau:

1. Đăng ký kinh doanh; tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế theo Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 07/2023/NĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; Số điện thoại/Email của đại diện đơn vị báo giá trong trường hợp Bệnh viện cần liên lạc.

2. Thư chào giá (theo Mẫu Phụ lục 2 đính kèm).

3. Hợp đồng tương tự cung cấp thiết bị của Đơn vị đã ký trong thời gian 120 ngày gần đây (nếu có).

4. Catalog, cấu hình, tính năng kỹ thuật và tài liệu khác liên quan (nếu có).

II. Các quy định đối với Báo giá

- Báo giá có đầy đủ các nội dung theo đúng mẫu đính kèm Thông báo này.

- Báo giá phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định.

* Các tài liệu xin gửi về:

- Đầu mỗi tiếp nhận hồ sơ Báo giá: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Thành phố Quảng Ngãi (Ngoài bì Báo giá ghi rõ báo giá theo Thông báo số...../TB-BVĐK ngày...../.../2023).

- Thời gian nhận Báo giá: Từ ngày 15/6/2023 đến trước 9 giờ 00 phút ngày 26/6/2023. Thông tin cần giải đáp xin liên hệ: Nguyễn Ngọc Anh (SĐT:



0905162227), gửi bản scan hồ sơ, tài liệu theo địa chỉ Email:
ngocanhvttkt@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website BVĐK tỉnh;
- Lưu: VT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thiều



PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Thông báo số 964 /TB-BVĐK ngày 15 /6/2023
của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Tên danh mục	ĐVT	Số lượng	Cấu hình tính, năng kỹ thuật
1	MÁY ĐIỆN TIM	Máy	01	I/ Yêu cầu chung: Năm sản xuất : 2022 trở về sau, thiết bị mới 100%. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: - Máy điện tim 6 cần. - Bộ cáp đo bệnh nhân. - Bộ điện cực chi. - Bộ điện cực ngực. - Bộ dây nguồn. - Pin. - Chống nhiễu. - Màn hình LCD màu rộng, độ phân giải cao, có đèn phản chiếu. - Có bàn phím để nhập dữ liệu bệnh nhân. - Tích hợp máy in nhiệt và có giấy in, in 6 chuyển đạo điện tim trên 1 khổ giấy in. - Đo 12 đạo trình tiêu chuẩn, hiển thị cùng lúc trên màn hình. - Điện thế độ nhạy 5- 20mm/mV. - Tốc độ in: 10- 50mm/s. - Có tính năng đo và phân tích tự động (ít nhất là các thông số cần thiết như: nhịp tim; thời gian, biên độ các sóng điện tim...) - Có bộ nhớ trong lưu kết quả ECG. - Có khả năng kết nối với máy vi tính, xuất dữ liệu III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành $\geq$ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
2	MÁY THEO DÕI BỆNH NHÂN	Máy	12	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ 2022 trở về sau II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật:

				1. Máy chính: 1 máy - Kích thước màn hình: Màn hình màu ≥ 10 inch. - Phụ kiện kèm theo: + Dây nối điện tim, dây đo điện tim 3 chuyển đạo: 1 chiếc + Điện cực tim. + Dây nối SpO2, đầu dò SpO2 người lớn và trẻ em: 1 chiếc + Ống đo huyết áp người lớn/trẻ em: 1 chiếc + Túi hơi huyết áp người lớn: 1 chiếc + Túi hơi huyết áp trẻ em: 1 chiếc + Đầu dò nhiệt độ da: 1 chiếc + Pin sạc: 1 chiếc + Xe đẩy đặt máy: 1 chiếc 2. Có các tính năng sau: Đo đạc và theo dõi các thông số sau: Huyết áp không xâm lấn (NIBP), độ bão hoà oxy trong máu (SpO2), nhịp mạch (PR), nhiệt độ (TEMP), Điện tim (ECG). III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
3	BƠM TIÊM ĐIỆN	Cái	20	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ 2022 trở về sau. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: 1. Cấu hình máy cơ bản: - Máy chính: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Kẹp cọc truyền: 01 cái - Bộ sách hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ 2. Tính năng kỹ thuật: - Dùng để tiêm một lượng thuốc rất nhỏ vào cơ thể bệnh nhân với độ chính xác cao. - Hiển thị dung lượng ắc quy giúp người sử dụng quan sát. - Có đèn hoạt động báo sáng giúp dễ dàng nhận biết tình trạng máy. - Có hai nguồn điện cung cấp: nguồn điện lưới AC và ắc quy bên trong máy. - Dùng được nhiều loại syringe khác nhau. III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành.

				- Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
4	GIƯỜNG BỆNH CÁC LOẠI (GIƯỜNG BỆNH ĐA NĂNG/CHẠY ĐIỆN)	Cái	10	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ 2022 trở về sau. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: Chức năng: Nâng đầu, hạ đầu: Bằng Remote điều khiển điện hoặc bằng tay quay khi mất điện. Nâng chân, hạ chân: Bằng Remote điều khiển điện hoặc bằng tay quay khi mất điện. Lật nghiêng trái, lật nghiêng phải toàn bộ dọc theo giường: Bằng Remote điều khiển điện hoặc bằng tay quay khi mất điện. Chức năng vệ sinh: Đóng mở bô vệ sinh bằng Remote điều khiển điện hoặc bằng tay quay khi mất điện. Có chậu gội đầu tại giường. Có bàn ăn di động trên giường. Có cây treo dịch truyền. Có bánh xe xoay 360° có khóa. Lan can hợp kim nhôm hoặc tương đương gấp lên xuống. Tay quay dự phòng khi mất điện. Đệm dày $\geq 50\text{mm}$ bọc vải giả da hoặc tương đương không thấm nước và chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. Kích thước (mm): Khoảng D 2130 x R 950 x C 430/750 $\pm 10\%$. III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
5	GIƯỜNG BỆNH CÁC LOẠI (GIƯỜNG BỆNH 3 TAY QUAY CÓ BÁNH XE VÀ LAN CAN 2 BÊN)	Cái	40	I/Yêu cầu chung: - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2022 trở về sau. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: Cấu hình cung cấp gồm: Giường chính ba tay quay kèm phụ kiện đồng bộ: 01 bộ Đầu, đuôi giường bằng nhựa ABS hoặc tương đương: 02 cái

			Lan can chắn 2 bên thành giường: 02 cái Đệm bọc vải giả da hoặc tương đương: 01 cái Cọc truyền: 01 cái Bánh xe: 01 bộ Tính năng và thông số kỹ thuật: a, Kích thước (mm): Khoảng D 2130 x R 950 x C 430/750 ± 10% b, Kết cấu chung: + Mặt giường thiết kế 4 khúc, kết nối nhau bằng khớp bản lề gồm: Tấm đỡ lưng, tấm đỡ hông, tấm đỡ đùi và tấm đỡ chân. + Đầu giường và đuôi giường bằng nhựa ABS hoặc tương đương, có thể tháo lắp dễ dàng khỏi khung giường. + Hai bên thành giường có lan can, có thể gấp xuống dễ dàng. + Đệm giường thiết kế 4 khúc tương ứng với mặt giường. + Ba tay quay sử dụng để nâng hạ chiều cao giường; tấm đỡ lưng và tấm đỡ đùi, đỡ chân; có thể gấp lại khi không sử dụng. + Chân giường có 4 bánh xe, đường kính $\geq \varnothing 125\text{mm}$, có phanh bảo đảm giường di chuyển nhẹ nhàng đồng thời khoá cố định giường khi cần. + Thành giường có lắp cọc truyền dịch với móc treo và chiều cao có thể thay đổi trong khoảng 750 – 1400 mm. + Các tính năng giường: ✓ Nâng đầu. ✓ Nâng đùi. ✓ Chiều cao điều chỉnh lên xuống + Tải trọng sử dụng: $\geq 250\text{kg}$. c. Vật liệu: + Toàn bộ khung, mặt giường, khung chịu lực lan can được làm bằng sắt sơn tĩnh điện hoặc tương đương. + Đầu giường bằng nhựa ABS đúc hoặc tương đương. + Tay vịn lan can bằng hợp kim Nhôm hoặc tương đương, ống dẫn hướng bằng Inox/nhôm đường kính khoảng $\varnothing 20$, dày $\geq 1\text{mm}$, các đầu mút bọc nhựa để loại bỏ cạnh sắc nhọn. + Đệm dày $\geq 50\text{mm}$ bọc vải giả da hoặc tương đương không thấm nước và chịu được các hóa chất tẩy rửa thông thường. + Cọc truyền bằng vật liệu inox hoặc tương đương. + 4 bánh xe đường kính $\geq \varnothing 125\text{mm}$, bánh xe bằng cao su đặc.
--	--	--	--

				III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
6	TỦ ĐẦU GIƯỜNG	Cái	50	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ 2022 trở về sau. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: - Chất liệu nhựa ABS hoặc tương đương - Kích thước tổng thể khoảng: Dài 460* Sâu 480 * cao 800-900 $\pm 10\%$ - Nóc tủ dạng phẳng có gân chống trôi đồ dùng. - Kết cấu tủ gồm: + Ngăn kéo. + Hộc để vật dụng cá nhân. III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành.
7	MÁY SIÊU ÂM TỔNG QUÁT	Máy	01	I. Yêu cầu chung Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ 2022 trở về sau. II/. Tính năng, cấu hình kỹ thuật: Máy chính và các đầu dò như sau: - Đầu dò Convex: 01 cái. - Đầu dò Linear: 01 cái. - Đầu dò tìm người lớn: 01 cái. - Đầu dò âm đạo: 01 cái. - Máy có ≥ 04 lỗ cắm đầu dò - Bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: + Máy tính nguyên bộ: 01 bộ. + UPS online $\geq 2\text{KVA}$: 01 cái. + Máy in phun màu: 01 cái. + Bàn đặt máy tính: 01 cái. + Máy hút ẩm: 01 cái . Bộ phần mềm kèm máy bao gồm: - Phần mềm siêu âm chuyên tim. - Phần mềm siêu âm bụng tổng quát, thận, tiết niệu, vú, tuyến giáp, phần nhỏ, mạch máu, mạch ngoại vi - Phần mềm siêu âm mạch máu dòng chảy (vi mạch). - Phần mềm đo độ dày nội mạc tự động.

				- Phần mềm DICOM 3.0, hỗ trợ kết nối HIS: 01 bộ. - Chức năng đo đạc và phân tích. III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
8	MÁY X - QUANG KỸ THUẬT SỐ CHỤP TỔNG QUÁT	Máy	01	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ 2022 trở về sau. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: Máy chính bao gồm: - Máy phát cao tần, bóng X-Quang, cột đứng, bàn chụp nằm giá chụp đứng, bộ chuẩn trực... đi kèm máy): 01 bộ - Tấm nhận ảnh X-Quang kỹ thuật số: 02 tấm - Phần mềm thu nhận và xử lý hình ảnh: 01 bộ - Bộ máy tính: 01 bộ - Máy in phim khô Laser: 01 máy. - Áo chì: 02 cái. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt - Phần mềm DICOM 3.0, hỗ trợ kết nối HIS: 01 bộ. III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
9	MÁY ĐO ĐỘ ĐÀN HỒI GAN (MÁY SIÊU ÂM CAO CẤP CÓ TÍNH NĂNG ĐÀN HỒI GAN)	Máy	01	I/ Yêu cầu chung: Năm sản xuất : 2022 trở về sau, thiết bị mới 100%. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: Máy chính và các đầu dò như sau: - Đầu dò Convex: 01 cái. - Đầu dò Linear: 01 cái. - Đầu dò tim mạch người lớn: 01 cái. - Máy có ≥ 03 lỗ cắm đầu dò - Bộ thiết bị phụ trợ bao gồm: + Máy tính nguyên bộ: 01 bộ. + UPS online ≥ 2KVA: 01 cái. + Máy in phun màu: 01 cái. + Bàn đặt máy tính: 01 cái. + Máy hút ẩm: 01 cái .

				- Chương trình siêu âm bụng tổng quát, mạch máu, mô mềm, phần nông, tuyến giáp, tuyến vú, cơ xương khớp... - Chương trình siêu âm đàn hồi định lượng. - Phần mềm DICOM 3.0, hỗ trợ kết nối HIS: 01 bộ. - Chức năng đo đặc và phân tích. III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.
10	HỆ THỐNG NỘI SOI TIÊU HÓA (DẠ DÀY, ĐẠI TRÀNG)	HT	01	I. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100%. Năm sản xuất thiết bị từ 2022 trở về sau. II/ Tính năng, cấu hình kỹ thuật: - Bộ xử lý hình ảnh nội soi - Dây nội soi dạ dày: 02 cái - Dây nội soi đại tràng: 01 cái - Bình nước. - Bộ kiểm tra rò rỉ dây. - Màn hình ≥ 27 inch. - Máy cắt đốt điện. - Máy vi tính. - Máy in. - Máy hút dịch. - Xe đẩy và các phụ kiện đầy đủ khác. III/ Yêu cầu khác: - Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng, kể từ ngày nghiệm thu. - Bảo trì 6 tháng/lần trong thời gian bảo hành. - Lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo.



PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 964/TB-BVĐK ngày 15/6/2023 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2023

BẢNG CHÀO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Công ty _____ (Tên đơn vị báo giá) xin kính gửi Quý cơ quan bảng báo giá trang thiết bị y tế chi tiết theo bảng tổng hợp như sau:

Số TT	Tên hàng hòa	Cấu hình tính năng kỹ thuật	Hãng/nước sản xuất	Hãng/nước chủ sở hữu	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá chưa có VAT (VNĐ)	% thuế GTGT (% VAT)	Đơn giá đã có VAT (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)	Mã HS của hàng hóa (nếu có)
1											
Tổng cộng:											

* Các điều khoản khác:

Phần nội dung này tùy thuộc vào các điều kiện và đặc thù của từng loại hàng hóa mà các đơn vị cung cấp ghi các thông tin liên quan đến các điều khoản của việc cung cấp hàng hóa, bao gồm các thông tin cơ bản sau:

- Tổng giá trị của hàng hóa trong báo giá đã bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, thuế VAT và các loại chi phí khác theo quy định hiện hành.
- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
- Thời gian hiệu lực của Báo giá tối thiểu trong vòng 90 ngày, kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CÔNG TY
(Ký tên, đóng dấu)