

Số: 358/QĐ-BVĐK

Quảng Ngãi, ngày 31 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chỉ định đơn vị thực hiện sửa chữa máy X-quang kỹ thuật số DR,
Model: Q-RAD, Hãng sản xuất: Carestream/Mỹ
của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 13 tháng 04 năm 2022 của HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII kỳ họp thứ 7 Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 5003/QĐ-SYT ngày 21/12/2023 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2024 Ngành Y tế;

Căn cứ Quyết định số 2927/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 2420/QĐ-SYT ngày 13/9/2021 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 2927/QĐ-SYT ngày 28/12/2018 của Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi;

Căn cứ Biên bản xét chọn nhà thầu ngày 29/5/2024 của Tổ Xét chọn về việc Sửa chữa máy X-quang kỹ thuật số DR, Model: Q-RAD, Hãng sản xuất: Carestream/Mỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Vật tư-thiết bị y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chỉ định đơn vị thực hiện việc nhận thầu sửa chữa máy X-quang kỹ thuật số DR, Model: Q-RAD, Hãng sản xuất: Carestream/Mỹ của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, với những nội dung chính sau:

1. Công ty THHH Trang thiết bị y tế Quốc Tế, Địa chỉ: 174/18A Thoại Ngọc Hầu, P. Phú Thạnh, Q. Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.

2. Nội dung thực hiện theo phụ lục đính kèm.

3. Giá chỉ định thầu: 49.000.000 (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu đồng chẵn ./.)

Giá trên đã bao gồm thuế VAT và các loại chi phí theo quy định.

4. Loại hợp đồng: Trọn gói.

5. Thời gian thực hiện: 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

Điều 2. Giao Trưởng phòng Vật tư - thiết bị y tế tiến hành tham mưu lãnh đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai thực hiện, nghiệm thu, thanh quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Trưởng phòng: Vật tư - thiết bị y tế, Tài chính - Kế toán và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 4;
- KBNN Quảng Ngãi;
- GD, PGD BV;
- Website BVĐK tỉnh;
- Công ty TNHH Trang thiết bị y tế Quốc Tế;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thiều

PHỤ LỤC

(Ban hành Kèm theo Quyết định số 358 /QĐ-BVĐK ngày 31/5/2024
của Giám đốc BVĐK tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Mô tả dịch vụ chi tiết	ĐVT	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền
1	Dịch vụ sửa chữa máy X-quang kỹ thuật số DR, Model: Q-RAD, Hãng sản xuất: Carestream/Mỹ) - Nội dung công việc: + Bảo dưỡng toàn hệ thống + Cập nhật phiên bản, bản vá lỗi phần mềm + Kiểm tra và xử lý lỗi Nội dung chi tiết: a. Kiểm tra, bảo trì máy chụp X-quang: - Kiểm tra và vệ sinh định kỳ các kết nối các bộ phận của hệ thống. - Thực hiện Calib các thông số các bộ phận. - Đo kiểm các thông số của hệ thống - Kiểm tra và điều chỉnh các bộ dẫn hướng. - Kiểm tra hệ thống phanh ray. - Kiểm tra hệ thống điều khiển. - Kiểm tra và bảo dưỡng hệ thống bàn - Vệ sinh và kiểm tra trụ chụp đứng. - Vệ sinh và kiểm tra bộ chuẩn trực. - Vệ sinh và kiểm tra trụ chụp đứng. - Kiểm tra hệ thống dây cáp. - Vệ sinh và kiểm tra khay đựng tấm thu nhận ảnh - Sao lưu dữ liệu toàn hệ thống sau khi bảo trì định kỳ - Nâng cấp phiên bản phần mềm mới và các bản vá được cung cấp từ hãng Carestream (nếu có) b. Trạm điều khiển, thu nhận và xử lý DR Console - Bảo trì hoạt động của các lưu trữ cơ sở dữ liệu trên từng máy - Cân chỉnh thông số hình ảnh thu nhận - Bảo dưỡng hạ tầng mạng kết nối, mạng truyền ảnh toàn hệ thống - Bảo dưỡng hệ thống an ninh mạng cho toàn hệ thống - Back up sao lưu dữ liệu toàn hệ thống định kỳ - Nâng cấp phiên bản phần mềm mới và các bản vá được cung cấp từ hãng Carestream c. Kiểm tra và cập nhật phần mềm tấm thu nhận ảnh X-quang	Hệ thống	01	49.000.000	49.000.000



	- Vệ sinh và kiểm tra kết nối. - Kiểm tra pin của của tấm Detector - Kiểm tra, calib và cân chỉnh chất lượng hình ảnh định kỳ - Back up sao lưu dữ liệu toàn hệ thống định kỳ - Nâng cấp phiên bản phần mềm và các bản vá được cung cấp từ hãng Carestream				
	TỔNG CỘNG				49.000.000

- Thời gian bảo hành: 03 tháng kể từ ngày bàn giao và nghiệm thu thiết bị.

