

Số 1210/TB-BVĐK

Quảng Ngãi, ngày 01 tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v mời chào giá vật tư y tế tiêu hao

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm bổ sung các vật tư y tế tiêu hao không có kết quả trúng thầu với số lượng đủ dùng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
Người tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Số điện thoại: 0255.382.7899
Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Email: bvdtkquangngai@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ lúc phát hành yêu cầu báo giá này đến trước 17h00 ngày 11 tháng 7 năm 2024.
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 11 tháng 7 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

- Danh mục vật tư y tế tiêu hao:
(Có phụ lục đính kèm)
- Địa điểm cung cấp hàng hóa:
Kho Vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi
Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
- Thời gian giao hàng dự kiến: Khoảng từ tháng 8 /2024 đến tháng 01/2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không

Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Bằng chuyển khoản, sau khi hai bên nghiệm thu, bên bán cung cấp các chứng từ hợp lý, hợp lệ cho bên mua theo từng đơn hàng cung cấp. Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 120 ngày kể từ ngày bên bán xuất trình đầy đủ các chứng từ, hồ sơ thanh toán hợp lý, hợp lệ cho bên mua.

5. Nhà thầu ghi rõ trên bì thư báo giá: “Báo giá vật tư y tế tiêu hao”.

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam chào giá vật tư y tế tiêu hao theo Mẫu báo giá kèm theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website BVĐK;
- Phòng VT-TBYT;
- Lưu: VT.



Lê Văn Thiệu

Tên nhà thầu:

Địa chỉ:

Số điện thoại-email....

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh)] thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư y tế tiêu hao và hóa chất, hóa chất xét nghiệm như sau:

1. Báo giá cho các vật tư y tế tiêu hao và hóa chất, hóa chất xét nghiệm:

STT	Danh mục hàng hóa	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất				Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng/ khối lượng	Đơn giá có VAT (VND)	Thành tiền (VND)
		Tên thương mại	Đặc tính kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Hãng sản xuất						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
	Tổng cộng:										

(Giới kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của các vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, hóa chất xét nghiệm)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngàytháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin nêu trong Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các vật tư y tế tiêu hao và hóa chất, hóa chất xét nghiệm nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp (13)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

- (1) Danh mục hàng hóa theo Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
- (2) Chúng loại vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm (Tên thương mại/ tên thường dùng/ tên Tiếng Anh (nếu có)) tương ứng với từng danh mục hàng hóa ghi tại cột (1);
- (3) Đặc tính kỹ thuật (thông số kỹ thuật) của vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm tương ứng với chủng loại ghi tại cột (2);
- (4), (5) Tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm tương ứng với chủng loại ghi tại cột (2);
- (7) Mã HS của từng vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm;
- (8), (9) Năm sản xuất, xuất xứ của vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm;
- (6), (10) Đơn vị tính, Số lượng, khối lượng theo đúng đơn vị tính, số lượng, khối lượng nêu trong Thông báo mời chào giá của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi;
- (11) Đơn giá bằng đồng Việt Nam (VND) tương ứng với từng danh mục hàng hóa (đã bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có));
- (12) Thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND) là toàn bộ đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí (11) của từng vật tư y tế tiêu hao/ hóa chất, hóa chất xét nghiệm đã tính theo đúng số lượng, khối lượng (10) tương ứng;
- Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
- (13) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Thông báo số 1210 /TB-BVĐK ngày 01 / 7 /2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Dây thở Oxy	Một nhánh, chất liệu nhựa PVC, có chiều dài 400mm. Tiết trùng bằng khí E.O	Dây	1.000
2	Ống dẫn lưu ổ bụng	Số 28, tiết trùng, 1 cái/1 bì	Cái	755
3	Bộ gây tê ngoài màng cứng	Kim Touhy 18G, đầu cong, thân kim có chia vạch từng cm, chiều dài 80-100mm; Catheter 20G, có đặc tính cân quang. Thiết kế 3 lỗ thoát thuốc ở đầu catheter Thiết bị lọc với lỗ lọc micro được ứng dụng công nghệ hạt nhân, kích thước 0.2 micron. Có bơm tiêm L.O.R. (Loss Of Resistance) 10ml không latex, dùng cho kỹ thuật mất sức cản; Thích hợp khi dùng với nước và không khí. Đầu nối catheter Bộ lọc 0,2 micromet (µm). Miếng dán cố định bộ lọc. Tiết trùng bằng khí EO Tiêu chuẩn ISO 13485, CE.	Bộ	120
4	Bẫy nước dùng để phân tích khí mê	Bẫy nước có khả năng phân tách nước, bảo vệ sensor phân tích khí trong máy. Bẫy nước tương thích với khối phân tích nồng độ khí mê của máy theo dõi bệnh nhân 8 thông số Carescape B650.	Bộ	30
5	Túi đựng oxy	Chất liệu bằng cao su	Cái	50
6	Bóng đèn đặt nội khí quản	Bóng đèn thủy tinh	Cái	40
7	Buồng tiêm dưới da các cỡ (Người lớn, trẻ em)	*Bộ buồng tiêm dưới da bao gồm: - Buồng chứa làm bằng vật liệu Titanium, thể tích 0.6 - 0,8 ml) , vỏ bọc bên ngoài phủ polyurethane, màng chắn silicone - Catheter làm bằng vật liệu PU tương thích sinh học, linh hoạt chống xoắn size 7.5- 10 Fr , Có cân quang, có vạch đánh dấu xác định vị trí. - Các loại kim đi kèm theo: kim đầu tù, kim chọc mạch, kim dò... - Dụng cụ mở đường (sheath nong an toàn 6Fr hoặc 8.5Fr), - Dây dẫn đầu J dài 50cm/70cm, 2 bơm tiêm 10ml. - Dụng cụ tạo đường hầm. * Sử dụng 1 lần, vô trùng, không latex, không pyrogenic	Bộ	2
8	Dây cưa sọ não Olivecrona unbreakable wire saw hoặc tương đương	Đường kính 1.3mm, dài 400mm, hai đầu dây cưa khớp với bộ phẫu thuật sọ não tại bệnh viện (chứng minh khi cung cấp hàng trúng thầu). - Vật liệu thép không gỉ, sản xuất theo tiêu chuẩn Din EN 10088 T.1-3, Din EN ISO 7153-1, F 899-7	Sợi	50
9	Ligaclip extra LT300 hoặc tương đương	Chất liệu titanium	Cái	520
10	Bông xốp cầm máu	Kích thước: 5cm x 8 cm. Chất liệu bông xốp collagen tan tự nhiên.	Miếng	285
11	Nắp đáy Trocar	5.5mm, nhựa dẻo, màu đỏ, sử dụng phù hợp cho dây soi Olympus	Cái	50
12	Nắp đáy Trocar	11 mm, màu xanh, sử dụng phù hợp cho dây soi Olympus	Cái	50
13	Đĩa đệm nhân tạo	Chất liệu PEEK - Cao 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm, dài ≥ 24mm, rộng ≥ 9mm - Mặt răng cưa nghiêng 0° và 6° - Có ≥ 2 điểm đánh dấu cân quang	Cái	30
14	Stapler thẳng (Endo stapler) dùng để cắt phổi	*Dụng cụ khâu cắt thẳng 45 mm, dài 34 cm, gập góc 45 độ, dao theo máy hình chữ C bằng thép dúc 400 không rỉ + băng gim của dụng cụ khâu cắt thẳng 45 mm, kim đóng bằng Titanium Alloy 1.0/ 1.5/ 2.0 mm. *Dụng cụ khâu cắt thẳng 60mm, dài 34 cm, gập góc 45 độ, dao theo máy hình chữ C bằng thép dúc 400 không rỉ, + băng gim của dụng cụ khâu cắt thẳng 60 mm, kim đóng bằng Titanium Alloy 1.0/ 1.5/ 2.0 mm.	Bộ	1
15	Kim đốt RFA đơn cực	Sử dụng tương thích với máy Cool-tip™ RFA. Một điện cực đơn cực tích hợp thước đo dài 17cm Hai điện cực bệnh nhân (REM) Bộ ống dẫn cấp và thoát nước Chiều dài: 7.87 "(20 cm) Đầu dò điện cực: 3.0cm	Cái	8

STT	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
16	Dụng cụ cắt nối thẳng Echelon flex - EC45A/EC60A hoặc tương đương	*Dụng cụ khâu cắt thẳng 45mm, dài 34cm, gấp góc 45 độ, dao theo máy hình chữ C bằng thép đúc 400 không rỉ + Băng ghim của dụng cụ khâu cắt thẳng 45mm, kim đóng bằng Titanium Alloy *Dụng cụ khâu cắt thẳng 60mm, dài 34cm, gấp góc 45 độ, dao theo máy hình chữ C bằng thép đúc 400 không rỉ + Băng ghim của dụng cụ khâu cắt thẳng 60mm, kim đóng bằng Titanium Alloy	Cái	10
17	Băng đạn của dụng cụ khâu cắt thẳng	Băng ghim của dụng cụ khâu cắt nối thẳng nội soi đa năng Echelon 45mm/60mm làm bằng titanium alloy với 6 hàng ghim, chiều cao ghim đóng 1mm; 1.5mm; 2mm.	Cái	48
18	Dao siêu âm	Dao siêu âm mở mở lưỡi móc, cán dài 4-9cm, kết hợp với dây dao Harmonic Xanh HPBLUE và máy phát chính GEN11	Cái	1
19	Dây dao siêu âm mở mở	Bộ phận tạo ra sóng động siêu âm, kết nối giữa máy phát Harmonic và dao siêu âm mở mở (Dùng cho máy Gen 11 và Gen 4)	Cái	1
20	Dây dao siêu âm mở nội soi	Bộ phận tạo ra sóng động siêu âm, kết nối giữa máy phát Harmonic và dao siêu âm mở nội soi (Dùng cho máy Gen 11 và Gen 4)	Cái	1
21	Tay dao siêu âm mở mở dạng kéo cong	Dụng cụ dài 17cm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối với dây dao HPBLUE, dùng trong mổ hở bướu giáp	Cái	1
22	Tay dao siêu âm mở mở dạng kéo cong	Dụng cụ dài 9cm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối với dây dao HPBLUE, dùng trong mổ hở bướu giáp	Cái	1
23	Tay dao siêu âm mở mở lưỡi thiết kế dạng kéo cong	Dụng cụ dài 23cm, đường kính 5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối với dây dao HP054	Cái	1
24	Tay dao siêu âm mở nội soi lưỡi thiết kế dạng kéo cong	Dụng cụ dài 36cm, đường kính 5mm, sử dụng sóng siêu âm để cắt mô và hàn được mạch máu tối đa 5mm, kết nối với dây dao HP054	Cái	4
25	Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần	Đường kính vòng trên 80mm, đường kính vòng dưới 90mm, chiều cao 150mm, đường kính lòng banh 80mm, sử dụng cho đường rạch kích thước 2.5-6cm Chất liệu Vòng banh: PU (polyurethane), thân banh: PU (polyurethane) + silicon gel Banh được thiết kế tự giữ giúp bác sỹ rảnh tay trong quá trình phẫu thuật	Cái	70
26	Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần	Đường kính vòng trên 150mm, đường kính vòng dưới 160mm, chiều cao 150mm, đường kính lòng banh 150mm, sử dụng cho đường rạch kích thước 7-13cm. Chất liệu Vòng banh: PU (polyurethane), thân banh: PU (polyurethane) + silicon gel Banh được thiết kế tự giữ giúp bác sỹ rảnh tay trong quá trình phẫu thuật	Cái	220
27	Banh bảo vệ đường mổ dùng 1 lần	Đường kính vòng trên 180mm, đường kính vòng dưới 190mm, chiều cao 250mm, đường kính lòng banh 180mm, sử dụng cho đường rạch kích thước 9-16cm Chất liệu Vòng banh: PU (polyurethane), thân banh: PU (polyurethane) + silicon gel Banh được thiết kế tự giữ.	Cái	120
28	Bộ dây máy gây mê người lớn dùng 1 lần	Bộ dây gồm: - Dây 2 nhánh có thể co giãn 1,8m, có cổng trích khí CO ₂ - Dây nối dài 0,9m - Túi mê 2L	Bộ	60
29	Bộ dây máy gây mê trẻ em dùng 1 lần	Bộ dây gồm: - Dây 2 nhánh có thể co giãn 1,8m, có cổng trích khí CO ₂ - Dây nối dài 0,9m - Túi mê 2L	Bộ	60
30	Bộ kim luồn dây nối an toàn hệ thống kín	Gồm: kim luồn an toàn và dây nối 3 chạc - có 2 cổng bơm truyền kín, - chất liệu nhựa Vialon, có đầu bảo vệ toàn bộ thân kim bằng nhựa nguyên khối	Bộ	100
31	Kẹp cầm máu	Đường kính mở 11mm, chiều dài ống thông 155cm, 355cm	Cái	50

STT	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
32	Cannula ECMO động mạch 01 nòng	Phù chất chống đông máu Bioline - Thời gian sử dụng lên đến 30 ngày khi dùng với bộ phôi HLS hoặc PLS - Bộ gồm cannula, dụng cụ đặt, dây hỗ trợ cố định, miếng dán cố định bằng nhựa - Các cỡ đường kính từ 15Fr đến 23Fr, chiều dài 15cm hay 23cm - Chất liệu của các chi tiết: - Cannula: polyurethane (PUR), thép không gỉ - Dụng cụ đặt: polypropylene (PP), không chứa phthalate, polyvinyl chloride (PVC-P) dẻo với BaSO₄, không chứa DEHP	Cái	10
33	Meritrans DTX plus hoặc tương đương	Bộ dẫn truyền cảm ứng theo dõi huyết áp động mạch xâm lấn 1 đường bằng PVC, đầu truyền dịch hình chữ J. Có dây nối phụ phân biệt xanh (tĩnh mạch) đỏ (động mạch). - áp lực đo từ -30 đến 300mmHg, độ nhạy 5µV/mmHg. - Nhiệt độ hoạt động từ 15°C đến 40°C - Trở kháng kích thích: >200 ohms - Trở kháng tín hiệu đầu ra: <3000 ohms - Đối xứng đầu dò: ±5% - Lệch vị trí số không (Cân bằng Zero): ± 40mmHg - Độ chính xác: Sai số tối đa do tổng hiệu ứng của các biến thiên phi tuyến, độ trễ và độ nhạy sẽ không quá 2% số đọc hoặc ± 1 mmHg, tùy theo giá trị nào lớn hơn trong phạm vi hoạt động. (Đo áp lực trước và sau màng)	Cái	20
34	Clamp kẹp ống ECMO	Kẹp Catheter dùng khi thay bộ chuyển tiếp	Cái	5
35	Đầu nối có van 1 chiều, theo dõi huyết động xâm lấn	Đầu male rotate. Khóa vận OFF, áp lực 250 psi. Tốc độ 3ml/h.	Cái	150
36	Lưỡi dao bào da dùng cho dao điện lấy da	1 túi / 1 cái size 100mm tiết trùng. Phù hợp cho dao điện lấy da Nouvag	Cái	30
37	Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng lượng cỡ trung	Điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng lượng, Kích thước 150x70x1,8mm và 1 tấm film trong polyurethane, Cấu tạo: lớp màng chất liệu xốp Polyvinyl Alcohol được nén ép có các lỗ hấp thụ chạy xuyên qua gạc, băng gạc không bị dính lên vết thương, các lớp thấm chất lỏng là màng thấm 1 chiều lưu giữ dịch tiết, lớp khóa lỏng ở giữa được thiết kế dạng mạng lưới liên thông 3 chiều lấp đầy bằng bột epoxy resin, tỷ lệ hút 15g/s, gấp 10-20 lần khối lượng ban đầu của băng. Kết hợp được với máy hút dịch MJ-100 và bộ dụng cụ dùng trong điều trị áp lực âm	Miếng	20
38	Băng gạc điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng lượng cỡ lớn	Điều trị vết thương bằng áp lực âm vi năng lượng, Kích thước 200x100x1,8mm và 1 tấm film trong polyurethane, Cấu tạo: lớp màng chất liệu xốp Polyvinyl Alcohol được nén ép có các lỗ hấp thụ chạy xuyên qua gạc, băng gạc không bị dính lên vết thương, các lớp thấm chất lỏng là màng thấm 1 chiều lưu giữ dịch tiết, lớp khóa lỏng ở giữa được thiết kế dạng mạng lưới liên thông 3 chiều lấp đầy bằng bột epoxy resin, tỷ lệ hút 15g/s, gấp 10-20 lần khối lượng ban đầu của băng. Kết hợp được với máy hút dịch MJ-100 và bộ dụng cụ dùng trong điều trị áp lực âm	Miếng	20
39	Bộ miếng xốp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương cỡ nhỏ	Bộ miếng xốp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương gồm: - Miếng xốp polyurethane kích thước 15x7x3 cm, bên trong miếng xốp có 2 ống: 1 ống dẫn lưu dài 9,5cm và 1 ống bơm rửa dài 11cm bằng silicone, có các lỗ nhỏ trên thành ống; - 1 Bộ dây hút kèm chức năng rửa có 2 dây: 1 dây hút dịch chính dài 32cm đường kính 0,6cm; 1 dây bơm rửa riêng biệt đi bên trong dây chính dài 35cm, có cổng bơm riêng với nắp đậy, có đầu nối khớp với ống bơm rửa trên băng xốp; - 1 Khóa kẹp; - 1 Đầu nối thẳng và 1 đầu nối chữ Y; - 2 tấm film trong polyurethane kích thước 30x20cm. Dùng tương thích với máy hút dịch MJ-100	Bộ	20
40	Bộ miếng xốp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương cỡ trung	Bộ miếng xốp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương gồm: - Miếng xốp polyurethane kích thước 15x14x3 cm, bên trong miếng xốp có 2 ống: 1 ống dẫn lưu dài 10,5cm và 1 ống bơm rửa dài 11,5cm bằng silicone, có các lỗ nhỏ trên thành ống; - 1 Bộ dây hút kèm chức năng rửa có 2 dây: 1 dây hút dịch chính dài 32cm đường kính 0,6cm; 1 dây bơm rửa riêng biệt đi bên trong dây chính dài 35cm, có cổng bơm riêng với nắp đậy, có đầu nối khớp với ống bơm rửa trên băng xốp; - 1 Khóa kẹp; - 1 Đầu nối thẳng và 1 đầu nối chữ Y; - 2 tấm film trong polyurethane kích thước 30x20cm. Dùng tương thích với máy hút dịch MJ-100	Bộ	20

STT	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
41	Bộ miếng xóp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương cỡ lớn	Bộ miếng xóp dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương gồm: - Miếng xóp polyurethane kích thước 25x15x3 cm - 1 Bộ dây hút kèm chức năng rửa có 2 dây: dây hút dịch chính dài 32cm đường kính 0,6cm; dây bơm rửa riêng biệt đi bên trong dây chính dài 35cm, có cổng bơm riêng với nắp đậy, có đầu nối khớp với ống bơm rửa trên băng xóp; - 1 Khóa kẹp; - 1 Đầu nối thẳng và 1 đầu nối chữ Y; - 3 tấm film trong polyurethane kích thước 30x20cm. Dùng tương thích với máy hút dịch MJ-100	Bộ	20
42	Bộ dụng cụ dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương	Bộ dụng cụ gồm: - 1 Bộ dây hút kèm chức năng rửa có 2 dây: dây hút dịch chính dài 32cm đường kính 0,6cm; dây bơm rửa riêng biệt đi bên trong dây chính dài 35cm, có cổng bơm riêng với nắp đậy, có đầu nối khớp với ống bơm rửa trên băng xóp; - 1 Khóa kẹp; - 1 Đầu nối thẳng và 1 đầu nối chữ Y; Dùng tương thích với máy hút dịch MJ-100	Bộ	20
43	Bộ bình chứa và dây nối dùng trong điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương	Bình chứa dịch dùng cho máy hút dịch MJ-100 được làm bằng nhựa PVC trong suốt, hình trụ tròn có 1 mặt được vát phẳng để khớp với khoang chứa trên máy, chiều cao 19cm, đường kính 8cm, có dung tích 600mL được chia vạch mỗi 50mL, nắp cao su đóng mở được và có thiết kế hệ thống chống tràn, gồm 2 cổng gắn dây; dây nối từ bình đến bộ miếng xóp điều trị áp lực âm kết hợp rửa vết thương được làm bằng silicone trắng, chiều dài dây 150cm. Dùng tương thích với máy hút dịch MJ-100 có áp lực âm tạo được tối đa 35kpa, dòng chảy <10L/min, pin lithium 2900mAh, chu trình hoạt động cài được từ 1-99 phút	Bộ	30
44	Dao mổ Phaco	Tạo độ mở rộng 15 độ, 2 mặt vát, lưỡi thẳng, tiết trùng. Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE, FDA	Cái	23
45	Chỉ silk 3/0	Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim tròn, 1/2C, kim dài 26mm	Tép	1.337
46	Chỉ silk 3/0	Chiều dài chỉ 75cm, kim tam giác, 3/8C, kim dài 18mm	Tép	228
47	Chỉ silk 4/0	Chiều dài chỉ 75cm (30"), kim tam giác, 3/8C, kim dài 18mm	Tép	108
48	Lưới thoát vị bẹn	6cm x 11cm	Miếng	45
49	Vít xóp	Đường kính 4.0 mm, dài từ 20mm đến 40 mm. Ren toàn phần. Chất liệu Stainless Steel	Cái	12
50	Vít xóp	Đường kính 4.0mm, dài từ 30mm đến 50mm; ren bán phần, chiều dài ren 15mm, chất liệu Stainless Steel	Cái	24
Tổng cộng: 50 mặt hàng				

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Thông báo số 1210 /TB-BVĐK ngày 01 /7/2024 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Băng keo Tegaderm hoặc tương đương	Kích thước: 10cm x 12cm	Miếng	100
2	Ống nội khí quản	Kèm theo ống hút. Từ số 5,0 đến số 8,0	Cái	10
3	Chỉ Polydioxanone 5/0	Chiều dài chỉ 70cm, kim dài 13mm, 3/8C, kim tròn đầu tròn	Tép	48
4	Túi chườm nóng	Chất liệu cao su	Túi	20
5	Sonde Pezzer	Chất liệu cao su, các cỡ	Cái	22
6	Dây garo	Vải thun có băng dán	Cái	2.000
7	Lam kính	Hộp ≥ 72 cái	Hộp	288
8	Lam kính mài nhám	Hộp ≥ 72 cái	Hộp	84
Tổng cộng: 08 mặt hàng				

Quảng
Ngãi

