

Số 1509 /TB-BVĐK

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v mời chào giá vật tư y tế tiêu hao

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua bổ sung các vật tư y tế tiêu hao dùng cho kỹ thuật đo điện cơ – điện não đồ với số lượng đủ dùng phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện trong thời gian chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2024, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Người tiếp nhận báo giá: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.382.7899

Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Email: bvdckquangngai@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ lúc phát hành yêu cầu báo giá này đến trước 17h00 ngày 17 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày, kể từ ngày 17 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục vật tư y tế tiêu hao:

STT	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Gel điện não, điện cơ	Dạng gel, cân bằng chính xác của độ bám dính và độ dẫn, cho phép các điện cực giữ nguyên vị trí trong lúc truyền tín hiệu điện. Tiêu chuẩn: ISO 13485 - Lọ ≥ 200g	Lọ	3
2	Điện cực dán do vận động dẫn truyền dành cho máy điện cơ	Kích thước điện cực: loại đĩa 20mm; cảm biến bằng Ag/AgCl, kết nối thiết bị bằng cổng 1,5mm; dây dẫn có 4 màu khác nhau (để phân biệt) cho mỗi bộ; tương thích cho các kỹ thuật đo điện cơ; Dây dài 100cm; Tiêu chuẩn ISO 13485	Hộp	3

STT	Tên vật tư y tế	Tiêu chuẩn kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
3	Điện cực đất loại dán dành cho máy điện cơ	Kích thước điện cực: 40x50 mm; Kích thước tiếp xúc: 40x50 mm; cảm biến bằng Ag/AgCl, kết nối thiết bị bằng cổng DIN 42802; tương thích cho các kỹ thuật đo điện cơ; Dây dài 100cm; Tiêu chuẩn ISO 13485,	Hộp	2
4	Kim điện cơ sử dụng 1 lần, dài 37mm	Kim điện cơ đồng tâm dùng 1 lần, dùng để ghi nhận sóng điện cơ. -Chất liệu: Lõi ống bằng thép không gỉ. -Kích cỡ: dài 37mm, đường kính 0.45mm, chuẩn 26G (Gauge), diện tích ghi 0.085mm², mũi vác 15°, DEHP < 0.1%, chuỗi kim có màu xanh lá, đã được khử trùng với hạn dùng 36 tháng Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FSC	Cây	50
5	Chuôi kim điện cơ	Dây dài 1.25m, đầu gắn kim loại pogo pin, đầu kết nối bộ khếch đại loại 5-pole DIN. Cắm vào hầu hết các thiết bị EMG. Tiêu chuẩn ISO 13485, CE, FSC	Dây	1
Tổng cộng: 05 mặt hàng				

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa:

Kho Vật tư y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Khoảng từ tháng 8/2024 đến tháng 01/2025.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng: Không

Dự kiến về các điều khoản thanh toán hợp đồng: Bằng chuyển khoản, sau khi hai bên nghiệm thu, bên bán cung cấp các chứng từ hợp lý, hợp lệ cho bên mua theo từng đơn hàng cung cấp. Thời hạn thanh toán trong vòng không quá 120 ngày kể từ ngày bên bán xuất trình đầy đủ các chứng từ, hồ sơ thanh toán hợp lý, hợp lệ cho bên mua.

5. Nhà thầu ghi rõ trên bì thư báo giá: “Báo giá vật tư y tế tiêu hao”.

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam chào giá vật tư y tế tiêu hao theo Mẫu báo giá kèm theo. (Nhà thầu có thể chào giá cho một hoặc nhiều hơn hoặc tất cả các mặt hàng có trong danh mục trên)

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website BVĐK;
- Phòng VT-TBYT;
- Lưu: VT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thiệu