

Số: 248/BVĐK
V/v yêu cầu báo giá cung cấp và
thay thế linh kiện, phụ kiện bóng
phát tia X dùng cho hệ thống CT
Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom
Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức

Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 12 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu cung cấp và thay thế linh kiện, phụ kiện bóng phát tia X dùng cho hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức phục vụ công tác chuyên môn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.

- Địa điểm nhận báo giá: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, số điện thoại: 0255.3827899.

- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 150 ngày, kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2024.

*** Lưu ý:** Báo giá phải bỏ vào phong bì niêm phong kín để bảo mật và ghi rõ nội dung bên ngoài để tiện theo dõi "Báo giá cung cấp và thay thế linh kiện, phụ kiện bóng phát tia X dùng cho hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi"

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế:

STT	Danh mục	Nội dung công việc	Đơn vị tính	Số lượng/ Khối lượng
1	Cung cấp và thay thế linh kiện, phụ kiện bóng phát tia X dùng cho hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức	Dịch vụ trọn gói bao gồm: Cung cấp và thay thế linh kiện, phụ kiện bóng phát tia X dùng cho hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức: * Thông số kỹ thuật bóng phát tia X: - Công suất danh nghĩa đầu vào (Công suất nhiệt (anode) tham chiếu = 250 W): • F1: 28kW • F2: 45kW - Khả năng trữ nhiệt của Anode: 3.700.000 J = 5.000.000 HU. - Vật liệu Anode: Hợp kim rhenium – tungsten - Vật liệu đĩa: rhenium, tungsten, hợp kim molybdenum, than chì. - Điện áp danh nghĩa: 140kV - Hiệu suất tỏa nhiệt tối đa của anode: 10.000W. - Tần số Anode: Tối đa 160 Hz. - Dòng điện tối đa sợi đốt cathode: $\approx 7,5$ A. - Hiệu suất tản nhiệt liên tục: 3,8 kW. - Góc Anode: 7°. - Tiêu điểm danh nghĩa: • F1: 0,8 x 0,5 • F2: 0,8 x 0,7 - Bộ lọc giảm liều (Filtration): $\geq 5,5$ mm Al / 140kV. - Trọng lượng (không bao gồm phụ kiện): $48,2 \pm 0,1$ kg. - Động cơ quay của anode: Stator 3 pha, điện thế pha 700V$\pm$10%, dòng điện pha ≤ 10 Aeff. - Nhiệt độ môi trường cho phép làm việc: Từ +18°C đến +40°C.	Gói	01

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm thuế VAT và các chi phí khác đi kèm.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.



** Các hãng sản xuất, nhà cung cấp chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường (nếu thấy cần thiết) phục vụ cho việc lập báo giá. Bệnh viện sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn các đơn vị đi khảo sát hiện trường. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập báo giá thuộc trách nhiệm của đơn vị cung cấp. Liên hệ khảo sát tại Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, số điện thoại: 0255.3827828.*

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: Không tạm ứng.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng sau khi thanh lý hợp đồng và hoàn thiện các thủ tục thanh toán.

5. Các thông tin khác

- Tình trạng hàng hóa: Mới 100%.

- Tương thích hoàn toàn với hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức.

- Sau khi thay thế bóng phát tia X mới, nhà thầu đảm bảo chế độ bảo hành, bảo trì bảo dưỡng miễn phí theo quy định của Nhà sản xuất và hệ thống máy CT hoạt động tốt, đáp ứng theo yêu cầu của Bệnh viện.

- Báo giá đảm bảo phải được đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá ký và đóng dấu theo quy định. Báo giá có đầy đủ các nội dung theo yêu cầu báo giá.

Kính đề nghị Quý đơn vị/doanh nghiệp quan tâm, gửi báo giá đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- [https://chaogiattby.t.moh.gov.vn/\(đề t/báo\);](https://chaogiattby.t.moh.gov.vn/(đề t/báo);)
- Website BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thiều