

Số: 24 /BVĐK
V/v yêu cầu báo giá cung cấp dịch vụ
bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CT
Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom
Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 01 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị/nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
- Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng (có đóng dấu) trực tiếp hoặc theo đường bưu điện.
 - Địa điểm nhận báo giá: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi. Địa chỉ: Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu.
 - Điện thoại: 0255.3827899.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 01 năm 2025 đến trước 17 giờ 00 phút, ngày 07 tháng 01 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 11/01/2025.

*** Lưu ý:** Báo giá phải để vào túi hồ sơ/bao bì thư có niêm phong, bên ngoài ghi rõ "Báo giá cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi"

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục dịch:

STT	Danh mục	Mô tả dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
1	Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng không bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 12 tháng cho hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi	Theo phụ lục đính kèm	Gói	01

*** Ghi chú:**

+ Đơn giá đã bao gồm: thuế GTGT và các chi phí có liên quan khác theo quy định.

+ Các nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm khảo sát hiện trường (nếu thấy cần thiết) phục vụ cho việc lập báo giá. Bệnh viện sẽ tạo điều kiện, hướng dẫn các đơn vị đi khảo sát hiện trường. Chi phí khảo sát hiện trường để phục vụ cho việc lập báo giá thuộc trách nhiệm của đơn vị cung cấp. Liên hệ khảo sát tại Phòng Vật tư – thiết bị y tế, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, số điện thoại: 0255.3827828.

2. Địa điểm thực hiện dịch vụ: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 12 tháng, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Theo thỏa thuận trong hợp đồng được ký kết giữa hai bên.

5. Các đơn vị cung cấp báo giá phải được ký bởi người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi rất mong nhận được báo giá các đơn vị cung cấp dịch vụ và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/>;
- Website BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.



GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thiệu

PHỤ LỤC

Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng không bao gồm thay thế linh kiện/phụ kiện trong 12 tháng cho hệ thống CT Scanner 16 lát cắt, Model: Somatom Scope, hãng sản xuất: Siemens/Đức của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

(Đính kèm Công văn số 24 /BVĐK ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

I	Hệ thống CT Scanner 16 lát cắt/vòng quay - Model: Somatom Scope - Hãng SX/Nước SX: Siemens/Đức	Hệ thống	01
	Số lần: 03 lần/ năm tương đương 04 tháng/ lần. - Thời gian bảo trì mỗi đợt phải được thông báo trước ngày thực hiện 01 tuần.		
	Thời gian thực hiện bảo trì: - Trong vòng 12 tháng từ ngày hai Bên ký kết hợp đồng. Không bao gồm chi phí cho linh kiện, phụ kiện thay thế. - Đợt bảo trì đầu tiên bắt đầu trong vòng 15 ngày (+/- 05 ngày) kể từ ngày hai Bên ký kết hợp đồng. - Mỗi đợt bảo trì cách nhau 04 tháng (+/- 10 ngày) kể từ lần bảo trì trước.		
	Nội dung bảo trì định kỳ: - Nội dung 1: Nguồn cung cấp - Vị trí kiểm tra: Đầu vào Gantry và UPS. - Nội dung 2: Mở máy kiểm tra hoạt động phần mềm - Kiểm tra kết nối với các thiết bị ngoại vi. - Kiểm tra hoạt động phần mềm. - Kiểm tra hoạt động tắt và mở máy. - Nội dung 3: Kiểm tra hoạt động, vệ sinh bảo dưỡng Gantry - Kiểm tra nghiêng trước. - Kiểm tra nghiêng sau. - Tắt nguồn hệ thống. Tháo vỏ gantry, kiểm tra trực quan bên trong gantry. - Kiểm tra dây đai truyền động quay. - Kiểm tra khoá xoay gantry. - Kiểm tra, vệ sinh quạt giải nhiệt khoang máy. - Kiểm tra, vệ sinh tấm lọc khí bên trong khoang máy. - Vệ sinh slipring. - Bôi trơn ổ trục chính - Kiểm tra độ mòn của chổi nguồn và chổi tín hiệu. - Vệ sinh chổi nguồn, chổi tín hiệu. - Kiểm tra, vệ sinh tấm lọc khí của MAS. - Kiểm tra, vệ sinh giải nhiệt của bóng phát tia. - Kiểm tra điện trở đất của hệ thống.		

		- Kiểm tra ốc cố định các khối trên gantry. ▪ <i>Nội dung 4: Kiểm tra, vệ sinh bàn bệnh nhân</i> - Kiểm tra hoạt động di chuyển lên và xuống của bàn. - Kiểm tra hoạt động di chuyển vào và ra của bàn. - Tháo vỏ bàn, vệ sinh tổng quan. - Kiểm tra ốc cố định bàn. - Bôi trơn cho đường ray dẫn hướng. ▪ <i>Nội dung 5: Kiểm tra, vệ sinh console</i> - Vệ sinh quạt giải nhiệt trên cây ICS và IRS. - Vệ sinh quạt giải nhiệt trên main ICS và IRS. - Kiểm tra, vệ sinh bo mạch trên cây ICS và IRS. - Vệ sinh màn hình, chuột, bàn phím, control box. ▪ <i>Nội dung 6: Kiểm tra các chức năng hoạt động của hệ thống</i> - Kiểm tra hoạt động phát tia. - Kiểm tra nút dừng khẩn cấp. - Kiểm tra chức năng của tủ LCB. - Đèn cảnh báo phát tia bên ngoài phòng. ▪ <i>Nội dung 7: Lắp lại vỏ máy</i> - Lắp lại vỏ gantry. - Lắp lại vỏ tủ LCB. - Lắp lại vỏ bàn. - Vệ sinh lại toàn bộ bề mặt. ▪ <i>Nội dung 8: Cân chỉnh chất lượng hình ảnh</i> - Thực hiện checkup/calibration. - Kiểm tra chất lượng hình ảnh chụp trên phantom.		
	Hỗ trợ kỹ thuật đột xuất khi máy gặp sự cố không hoạt động	▪ Số lần: 03 lần hỗ trợ kỹ thuật khi thiết bị gặp sự cố, trong vòng 48 tiếng khi có yêu cầu của đơn (kể cả ngày lễ, Tết, thứ 7 và Chủ Nhật) ▪ Sửa chữa khắc phục sự cố (nếu có) trong các trường hợp sự cố làm máy không hoạt động, không bao gồm sửa chữa linh kiện hay thay thế linh kiện (01 lần được hiểu là 01 sự cố phát sinh cho đến khi khắc phục hoàn thiện).		
	Báo cáo công việc	▪ Sau mỗi lần thực hiện công việc bảo trì, cán bộ kỹ thuật của Bên cung cấp dịch vụ sẽ lập Biên bản kỹ thuật kiểm tra định kỳ, ghi lại tình trạng thiết bị và các đề xuất cần thiết, Bên sử dụng dịch vụ sẽ cử người đại diện đủ năng lực, thẩm quyền phối hợp, giám sát và xác nhận nội dung công việc theo tình trạng thực tế.		