

Số: /TB-BVĐK

Quảng Ngãi, ngày tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc yêu cầu báo giá cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh, với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận bản giấy báo giá trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận Văn thư, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi vào giờ hành chính các ngày trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu, số điện thoại: 0255.3827899.
 - Ngoài bản giấy nhận trực tiếp theo địa chỉ nêu trên, các đơn vị, nhà cung cấp gửi file mềm và bản scan qua email: baogia.bvqng@gmail.com để Bệnh viện tổng hợp.

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày phát hành văn bản yêu cầu báo giá này đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 7 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 06 tháng 7 năm 2026.

* **Hồ sơ Báo giá bao gồm:**

- Báo giá của đơn vị/nhà cung cấp theo Mẫu báo giá phụ lục đính kèm.
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp phải đính kèm tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan (nếu có).
- Quyết định trúng thầu, hợp đồng tương tự (nếu có).
- Niêm yết giá (nếu có).

* ***Lưu ý: Báo giá phải để vào túi hồ sơ/bao bì thư có niêm phong, bên ngoài ghi rõ “Báo giá cung cấp trang thiết bị bảo quản vắc xin”***

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh:

STT	Danh mục hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Tủ lạnh bảo quản Vắc xin (tủ lạnh có cánh mở phía trước)	- Dung tích 300L, Kích thước bên ngoài dự kiến (Dài x Rộng x Cao): 50-70cm x 60-80cm x 140-160cm - Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế - Dải nhiệt độ đạt chuẩn +2°C đến +8°C để bảo quản được vắc xin - Tủ đứng có cửa kính chống đọng sương để dễ dàng theo dõi - Tủ có từ 5-6 kệ để phân bố sắp xếp rộng rãi, đảm bảo khoảng thông khí lạnh trong tủ - Tích hợp sẵn bánh xe vào chân tủ để dễ dàng di chuyển khi cần thiết - Pin dự phòng phòng trong trường hợp cúp điện - Màn hình LED hiển thị nhiệt độ & độ ẩm. Có thể có cảm biến để báo động khi có sự cố xảy ra	Cái	01	
2	Bình tích lạnh	Phù hợp với phích vắc xin tại STT3	Cái	16	
3	Phích vắc xin	- Dung tích khoảng 20L, kích thước bên ngoài dự kiến (Dài x Rộng x Cao): 44.0 x 27.0 x 31.0 cm - Đạt tiêu chuẩn đánh giá quản lý chất lượng cho lĩnh vực y tế - Phích làm từ vật liệu cách nhiệt, không gây độc hại - Thiết kế có quai xách thuận tiện, có khóa bảo đảm - Khả năng lưu trữ vắc xin lâu phòng trường hợp tủ lạnh hỏng đột ngột hoặc bảo trì định kỳ - Phích vắc xin đi kèm bình tích lạnh với số lượng phù hợp - Có màn hình hiển thị nhiệt độ để theo dõi liên tục, giảm chi phí mua thêm nhiệt kế đặt trong phích khi vận chuyển và tránh mở phích quá nhiều lần. - Có miếng đệm xốp mềm để giữ lọ vắc xin.	Cái	02	

4	Thiết bị ghi nhiệt độ tự động	- Dải đo nhiệt chuẩn - Độ chính xác cao - Tự động ghi nhận lại nhiệt độ sau mỗi 10 đến 15 phút một lần. - Dung lượng bộ nhớ lớn - Có khả năng kết nối máy tính (thường qua cổng USB) để kết xuất dữ liệu trực tiếp thành file định dạng PDF hoặc Excel có hiển thị biểu đồ nhiệt độ. - Cài đặt ngưỡng cảnh báo trên và dưới (ví dụ: báo động khi nhiệt độ $<2^{\circ}\text{C}$ hoặc $>8^{\circ}\text{C}$). Khi vượt ngưỡng, máy phải nháy đèn LED đỏ, phát tiếng kêu hoặc gửi tín hiệu bằng sms hoặc gọi điện.	Bộ	01	
5	Chỉ thị đồng băng	- Tự động kích hoạt báo động khi nhiệt độ xuống dưới 0°C - Không được báo động giả khi nhiệt độ vừa chạm 0°C trong vài giây. Thiết bị phải ghi nhận nhiệt độ dưới 0°C liên tục trong vòng 60 phút mới được bật cảnh báo nguy hiểm - Sai số kỹ thuật cho phép cực nhỏ, tối đa là $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ - Hiển thị trực quan, không đảo ngược.	Cái	03	

*** Lưu ý:**

Giá chào bán thiết bị đã bao gồm các loại thuế, phí, vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, hướng dẫn sử dụng...tại Bệnh viện.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: Không.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác

Tình trạng hàng hóa: Mới 100%, chưa qua sử dụng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi rất mong nhận được báo giá các đơn vị, nhà cung cấp và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- <https://chaogiattbyt.moh.gov.vn/>;
- Website BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thiều

PHỤ LỤC

Mẫu báo giá

(Đính kèm Thông báo số/BVĐK ngày tháng 6 năm 2026
của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, chúng tôi
[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]; **Mã số thuế:**.....

1. Báo giá cung cấp trang thiết bị phục vụ công tác bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh như sau:

Stt	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Tính năng, thông số kỹ thuật	Model	Nước/Hãng SX	ĐVT	Số lượng/khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1								
...								
	Tổng cộng: Số tiền bằng chữ:							

Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí có liên quan khác.

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:.....ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm 2026

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

4. Thông tin liên hệ của đơn vị báo giá:[ghi rõ thông tin, số điện thoại người phụ trách làm báo giá]

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp dịch vụ
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))