

Số: 3097 /TB-BVĐK

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO

**V/v yêu cầu báo giá dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO, model: HG-5025EOT
Hãng sản xuất: Hanshin Medical Co., Ltd/Hàn Quốc**

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá làm cơ sở lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO, model: HG-5025EOT, Hãng sản xuất: Hanshin Medical Co., Ltd/Hàn Quốc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận Báo giá:
 - Người nhận: Phòng VT-TBYT
 - Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi.
 - Điện thoại: 0255.3827899
 - Email: baogia.bvqng@gmail.com
- Hình thức tiếp nhận báo giá: Nhận báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
- Thời hạn tiếp nhận Báo giá: Kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến ngày 19 tháng 10 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2026.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Danh mục dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO, model: HG-5025EOT, Hãng sản xuất: Hanshin Medical Co., Ltd/Hàn Quốc:

STT	Danh mục dịch vụ, hàng hóa	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Dịch vụ sửa chữa, thay thế linh kiện, phụ kiện cho máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp sử dụng khí EO, model: HG-5025EOT Hãng sản xuất: Hanshin Medical Co., Ltd/Hàn Quốc	Tình trạng và hạng mục chính theo đánh giá sơ bộ: 1. Máy hấp báo lỗi và hư hỏng một số linh kiện, phụ kiện như sau: a) 01 Bơm nén/hút chân không (compressor/vacuum pump): - Công suất motor: Từ 300w - 400w - Lưu lượng: Từ 2870 - 3440 L/min b) 02 van điện từ cấp khí EO Gas (ren trong 13mm), điện áp: AC 220V/50Hz c) 01 van điện từ hút chân không (ren trong 21mm), điện áp: AC 220V/50Hz d) 02 bể hơi (Free flow) chữ Y (ren trong 21mm) e) 02 bộ ron cửa trước/sau cho máy hấp EO Gas 2. Kiểm tra tổng thể, xác định nguyên nhân sửa chữa, thay thế, cài đặt và cân chỉnh các thông số để khắc phục lỗi. 3. Căn cứ tình trạng máy, khảo sát nếu thấy cần thiết để đánh giá cụ thể và đề xuất phương án sửa chữa hợp lý. Xác định đầy đủ công việc, linh kiện, phụ kiện cần thiết, kể cả ngoài danh mục chính; tính toán bộ chi phí trong giá trọn gói theo phần Lưu ý dưới đây 4. Linh kiện, phụ kiện phải tương thích với máy HG-5025EOT của Hanshin Medical Co., Ltd, Hàn Quốc; máy sau sửa chữa phải hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu chuyên môn và thông số của nhà sản xuất.	Gói	01	Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa thiết bị vào sử dụng

*** Lưu ý:**

- Đơn giá đã bao gồm thuế GTGT và các chi phí có liên quan khác.

- Danh mục trên là các hạng mục chính theo đánh giá sơ bộ của Bệnh viện. Đơn vị báo giá căn cứ tình trạng thiết bị và nội dung yêu cầu; nếu thấy cần thiết, thực hiện khảo sát, kiểm tra và đánh giá cụ thể để xác định nguyên nhân hư hỏng, đề xuất phương án sửa chữa hợp lý. Phương án phải xác định đầy đủ các công việc và linh kiện, phụ kiện cần sửa chữa, thay thế, kể cả các hạng mục cần thiết ngoài danh mục nêu trên, nhằm bảo đảm máy hoạt động ổn định, đáp

ứng yêu cầu chuyên môn và thông số của nhà sản xuất. Toàn bộ chi phí thực hiện phương án phải được tính trong giá trọn gói; đơn vị chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và phù hợp của phương án, không báo giá chỉ giới hạn ở các hạng mục chính khi cần thêm hạng mục để đạt yêu cầu.

- Các công việc, linh kiện, phụ kiện cần thiết để hoàn thành phương án và đạt yêu cầu sau sửa chữa phải được tính đầy đủ trong giá trọn gói, không tính thêm chi phí cho Bệnh viện.

- Bệnh viện tạo điều kiện khảo sát; chi phí khảo sát do đơn vị báo giá chịu. Liên hệ Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại 0255.3827828.

2. Địa điểm giao hàng/thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, Đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản hàng hóa: Theo quy định của nhà sản xuất.

3. Thời gian thực hiện dự kiến: 45 ngày, kể từ ngày ký hợp đồng.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: Không.

- Thanh toán: 100% giá trị hợp đồng sau khi hoàn thành chứng từ thanh toán.

5. Các thông tin khác:

Linh kiện, phụ kiện thay thế phải mới 100%, chưa qua sử dụng.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi rất mong nhận được báo giá các đơn vị, nhà cung cấp và cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp;
- <https://muasamcong.mpi.gov.vn/>;
- Website BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC



Lê Văn Thiệu