SỞ Y TẾ QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 3362 /TB-BVĐK

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO
Về việc yêu cầu báo giá mua sắm giường – cáng vận chuyển bệnh nhân, xe tiêm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp giường – cáng vận chuyển bệnh nhân và xe tiêm, với nội dung cụ thể sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận Báo giá:

- Người nhận: Phòng VT-TBYT

- Địa chỉ: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Điện thoại: 0255.3827899

- Email: baogia.bvqng@gmail.com

3. Hình thức tiếp nhận báo giá: Đơn vị quan tâm gửi báo giá và tài liệu kèm theo trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Email nêu trên dùng để liên hệ, làm rõ thông tin; không thay thế việc gửi báo giá trên Hệ thống.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến 23 giờ 59 phút ngày 08 tháng 11 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn tiếp nhận báo giá.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ:

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Giường - cáng vận chuyển	Theo cấu hình tại **Phụ lục I** kèm theo Thông báo này. Nhà cung cấp ghi rõ	Cái	10

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
	bệnh nhân	model, hãng/nước sản xuất và tài liệu chứng minh đáp ứng.		
2	Xe tiêm	Theo cấu hình tại **Phụ lục II** kèm theo Thông báo này. Nhà cung cấp ghi rõ model, hãng/nước sản xuất và tài liệu chứng minh đáp ứng.	Cái	10

Giá chào bằng đồng Việt Nam, ghi rõ đơn giá, thành tiền trước thuế, thuế suất/tiền thuế GTGT áp dụng và tổng giá đã bao gồm thuế, phí theo quy định, vận chuyển, bốc xếp, lắp đặt, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí liên quan để đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện.

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, đường Lê Hữu Trác, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. Đơn vị cung cấp nêu rõ thời gian có khả năng đáp ứng trong báo giá.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng hợp đồng: Không.

- Thanh toán: 100% giá trị hàng hóa thực tế đã được nghiệm thu, bàn giao đạt yêu cầu, trong vòng 30 ngày kể từ ngày Bệnh viện nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo hợp đồng. Không tạm ứng.

5. Các thông tin khác

- Hàng hóa được giao mới 100%, chưa qua sử dụng, được bảo quản và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, hợp pháp.

- Thời gian bảo hành: Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

- Báo giá phải nêu tên, mã số thuế, địa chỉ, thông tin liên hệ của đơn vị cung cấp; người đại diện hợp pháp ký hoặc ký số theo hình thức được Hệ thống chấp nhận; ghi rõ model/mã sản phẩm, hãng sản xuất, nước sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất dự kiến và phụ kiện kèm theo. Được báo giá một hoặc cả hai mặt hàng, ghi rõ phạm vi cung cấp.

- Kèm catalogue/tài liệu kỹ thuật và bảng đối chiếu các yêu cầu: thông số đề nghị, thông số chào, tài liệu/trang tham chiếu. Trường hợp có thông số khác

hoặc chưa có tài liệu, phải nêu rõ để Bệnh viện xem xét; không chỉ ghi chung "đáp ứng".

- Đối với hàng hóa thuộc phạm vi quản lý thiết bị y tế: cung cấp thông tin phân loại và tài liệu/mã tra cứu chứng minh đủ điều kiện lưu hành, cung cấp hợp pháp theo quy định hiện hành áp dụng cho sản phẩm. Trường hợp xác định không thuộc thiết bị y tế, đơn vị cung cấp nêu rõ căn cứ.

- Việc tiếp nhận báo giá nhằm tham khảo, xây dựng giá gói thầu; không phải thông báo lựa chọn nhà thầu và không làm phát sinh cam kết mua hàng của Bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi rất mong nhận được báo giá của các đơn vị, nhà cung cấp và trân trọng cảm ơn sự hợp tác.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:
- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp;
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Website BV;
- Lưu: VT, VT-TBYT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH QUẢNG NGÃI

Lê Văn Thiều

PHỤ LỤC I
CẤU HÌNH GIƯỜNG - CÁNG VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN

(Kèm theo Thông báo số 3362 /TB-BVĐK ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

STT	Nhóm yêu cầu	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
Giường - cáng vận chuyển bệnh nhân		
1	**Yêu cầu chung**	- Thiết bị mới 100%, chưa qua sử dụng; năm sản xuất từ 2026 trở về sau - Nhà sản xuất đạt ISO 13485 hoặc tiêu chuẩn quản lý chất lượng tương đương; có tài liệu kỹ thuật/catalogue chứng minh thông số chào giá. - Bảo hành tối thiểu 12 tháng.
2	**Cấu hình cung cấp tối thiểu**	- Thân giường/cáng vận chuyển: 01 bộ. - Mặt nằm/cáng: 01 bộ; lan can hai bên: 01 bộ. - Đệm nằm: 01 cái; bánh xe: tối thiểu 04 cái. - Cọc truyền dịch: 01 cái; giá đỡ bình oxy: 01 vị trí. - Khay/giỏ để đồ: 01 cái; dây đai an toàn: tối thiểu 02 dây. - Tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì/bảo quản: 01 bộ.
3	**Tính năng chính**	- Loại thiết bị: giường/cáng vận chuyển bệnh nhân có bánh xe, có chức năng nâng/hạ tổng thể và nâng phần lưng. - Phù hợp sử dụng để vận chuyển người bệnh, cấp cứu, chuyển khoa, chuyển phòng trong bệnh viện.
4	**Kích thước và nâng hạ**	- Kích thước tổng thể tham khảo: chiều dài khoảng 1900 - 2050 mm, chiều rộng khoảng 590 - 750 mm. - Kích thước mặt nằm tối thiểu: dài ≥ 1850 mm, rộng ≥ 550 mm. - Các kích thước tổng thể nêu trên có tính chất tham khảo. Đơn vị cung cấp ghi rõ kích thước thực tế; trường hợp khác phải giải trình khả năng đáp ứng không gian vận chuyển, công năng và an toàn người bệnh để Bệnh viện xem xét. - Chiều cao mặt nằm điều chỉnh được, với vị trí thấp nhất ≤ 600 mm và vị trí cao nhất ≥ 800 mm - Góc nâng lưng điều chỉnh được từ 0° đến tối thiểu 65°.
5	**Tải trọng và vật liệu**	- Tải trọng làm việc an toàn tối thiểu ≥ 220 kg - Khung giường/cáng làm bằng thép sơn tĩnh điện, inox, hợp kim nhôm hoặc vật liệu tương đương, chắc chắn, chống ăn mòn, dễ vệ sinh. - Mặt nằm làm bằng nhựa kỹ thuật ABS/PP, thép sơn phủ hoặc vật liệu tương đương; bề mặt phẳng, chịu lực, dễ làm sạch và khử khuẩn.
6	**Lan can, bánh xe, phụ kiện an toàn**	- Lan can hai bên có thể nâng/hạ hoặc gập/mở, có chốt/khóa an toàn, bảo đảm phòng ngừa rơi ngã trong quá trình vận chuyển. - Cơ cấu nâng/hạ tổng thể bằng tay quay, thủy lực, bàn đạp chân hoặc cơ cấu tương đương; thao tác thuận tiện, an toàn cho nhân viên y tế. - Bánh xe tối thiểu 04 bánh, xoay linh hoạt, đường kính ≥ 150 mm; có cơ cấu phanh/khóa bảo đảm cố định an toàn khi chuyển người bệnh; vận hành êm, phù hợp di chuyển trong bệnh viện. Đơn vị cung cấp nêu rõ số bánh có phanh/khóa và cơ chế khóa. - Cọc truyền dịch bằng inox/thép không gỉ hoặc vật liệu tương đương, điều chỉnh được chiều cao, có tối thiểu 02 móc treo.

STT	Nhóm yêu cầu	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
		- Có vị trí/giá đỡ bình oxy phù hợp, bảo đảm cố định chắc chắn khi vận chuyển. - Đệm nằm dày ≥ 30 mm, bọc vật liệu chống thấm, dễ vệ sinh và phù hợp khử khuẩn thường quy. - Có khay/giỏ để đồ hoặc vị trí đặt vật dụng đi kèm; có tối thiểu 02 dây đai an toàn cố định người bệnh trong quá trình vận chuyển.
7	**Yêu cầu khác**	- Giá chào đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, cung cấp, bàn giao, hướng dẫn sử dụng, bảo hành và các chi phí liên quan khác để đưa hàng hóa vào sử dụng tại Bệnh viện. - Nhà cung cấp phải nêu rõ model, hãng/nước sản xuất, năm sản xuất, thời gian bảo hành, tiêu chuẩn chất lượng và tài liệu chứng minh tương ứng trong báo giá. - Các ngưỡng tối thiểu/tối đa và yêu cầu công năng phải được đối chiếu theo từng tiêu chí. Thông số tham khảo hoặc giải pháp tương đương phải được nêu rõ và có tài liệu chứng minh; không hiểu mọi thông số đều được tự do thay thế.

PHỤ LỤC II
CẤU HÌNH XE TIÊM

(Kèm theo Thông báo số 3362 /TB-BVĐK ngày 29tháng 10 năm 2026
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi)

Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật
Xe tiêm	**Thông số kỹ thuật:** - Chất liệu bề mặt/thân xe: nhựa ABS hoặc vật liệu tương đương, chắc chắn, chống ăn mòn, dễ vệ sinh và phù hợp khử khuẩn thường quy; nêu rõ vật liệu khung, thân và mặt xe. - Xe có mặt thao tác, tay đẩy, các ngăn kéo/khoang chứa bố trí thuận tiện; có cơ cấu ngăn kéo không tự trượt mở khi di chuyển. Đơn vị cung cấp nêu rõ số ngăn, kích thước tổng thể, kích thước các ngăn và tải trọng cho phép. - Có tối thiểu 04 bánh xe, trong đó tối thiểu 02 bánh có phanh/khóa; di chuyển linh hoạt, cố định an toàn khi thao tác. Đơn vị cung cấp nêu đường kính bánh xe và cơ chế phanh/khóa. - Phụ kiện đi kèm: + 01 tấm hỗ trợ ép tim ngoài lồng ngực (CPR) + 01 Cây truyền dịch + 02 Thùng rác + 01 Hộp đựng kim tiêm + 01 giá đỡ máy phá rung tim, kích thước phù hợp thiết bị dự kiến sử dụng; đơn vị cung cấp nêu kích thước và tải trọng cho phép. + 01 Bàn làm việc trượt giấu trong xe + 01 Hộc đựng hồ sơ bên hông + 01 Bộ dây cố định bình oxy + 01 bộ vách chia ngăn kéo, phù hợp ngăn kéo thấp của xe chào, tháo lắp để vệ sinh được + 01 bộ vách chia ngăn kéo, phù hợp ngăn kéo cao của xe chào, tháo lắp để vệ sinh được. + 01 bộ ổ cắm điện có dây nguồn và biện pháp bảo đảm an toàn điện theo thiết kế của nhà sản xuất. - Áp dụng các yêu cầu chung tại Thông báo: hàng mới 100%, xuất xứ rõ ràng, cung cấp hợp pháp, bảo hành tối thiểu 12 tháng từ ngày nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng; kèm hướng dẫn sử dụng, bảo quản và tài liệu kỹ thuật. - Các phụ kiện phải tương thích với xe chào; ghi rõ số lượng, kích thước, tính năng và tài liệu chứng minh. Đề xuất khác biệt phải được giải trình để Bệnh viện xem xét.